

Znak sprawy: 1/Zapytanie/2025

Katowice, dn. 09.05.2025 r.

Zapytanie ofertowe

Nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego – Aparatu USG

Zamówienie współfinansowane ze środków unijnych w zakresie otrzymania grantów w ramach wskazanego niżej projektu dla Praktyka Lekarzy Rodzinnych „REMEDIUM” Sp. z o.o.

Projekt „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 27 marca 2024 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Priorytet FENX.06 Zdrowie

Numer i nazwa Działania: FENX.06.01 System ochrony zdrowia

Numer projektu: FENX.06.01-IP.03-0001/23

Główny kod CPV:

33112200-0 – Aparaty ultrasonograficzne

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Praktyka Lekarzy Rodzinnych „REMEDIUM” Sp. z o. o.

40 – 578 Katowice

ul. Kossak -Szczuckiej 41

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000185141

NIP: 6342340245 REGON: 276545599

Strona internetowa: <https://remedium-katowice.pl>

Telefon: +48 32 205 84 69

E-mail: remedium@data.pl

I. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Procedurą zakupów w formie zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej Zamawiającego:
Zamawiającego <https://remedium-katowice.pl> (zakładka przetargi).
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.20219 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024, poz 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Wszelkie odwołania do przepisów ustawy Pzp w treści niniejszego zapytania ofertowego należy traktować



wyłącznie jako wskazanie jednolitych i przejrzystych zasad dokonywania czynności w postępowaniu, których dane odwołanie dotyczy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu medycznego – Aparatu USG**, szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania (Specyfikacja techniczna).
2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment opisany w załączniku nr 3, zgodnie ze swoimi potrzebami, dopuszcza także możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia. Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji postępowania. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy **dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne"** ([podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE](#)).

3. Wymagania dotyczące dostawy przedmiotu zapytania:
 - 1) Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji nie starsze niż 2025 r,
 - 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono załączniku numer 3 do Zapytania;
 - 3) Zamawiający wymaga, aby urządzenia były dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024, poz. 1620);
 - 4) Dostarczone urządzenia powinny być oznakowane znakiem CE;
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego;
 - 6) Protokół odbioru zostanie podpisany po skutecznym uruchomieniu i sprawdzeniu czy dostarczony przedmiot dostawy jest wolny od wad;
 - 7) Wraz dostawą urządzeń wykonawca dostarczy:
 - a. etykietę oraz instrukcję używania w języku polskim,
 - b. kartę gwarancyjną,
 - c. materiały dotyczące instalacji urządzenia,
 - d. wypełniony paszport techniczny,
 - e. w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa, niepowtarzalne kody identyfikacyjne



urządzenia (kody UDI) w formie elektronicznej,

f. dokumenty oraz informacje przeznaczone dla pacjenta (jeżeli dotyczy).

4. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) okres gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru;
- 2) odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części na fabrycznie nowe, także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części;
- 3) W ramach gwarancji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia w cenie oferty:
 - a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
 - b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia,
 - c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
 - d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,
 - e) obowiązkowa wymiana urządzenia na nowe nastąpi w przypadku wystąpienia 3 kolejnych awarii przedmiotu zamówienia,
 - f) wymiana elementu/podzespołu na nowy nastąpi w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu,
 - g) czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)
 - h) zapewnienia, że łączna niesprawność urządzenia (w przypadku awarii) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych, przy czym niesprawność to brak sprawności urządzenia uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem.
 - i) W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 5 dni wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas naprawy urządzenia. W przypadku braku takiej reakcji:
 - Zamawiający ma prawo wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt Wykonawcy u dowolnego innego dostawcy urządzenie zastępcze, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania.
 - Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu innemu dostawcy naprawę urządzenia, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania.

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w pkt i) Zamawiający nie traci prawa do gwarancji.

4) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram przeglądów serwisowych w terminie 14 dni od daty podpisania „Protokołu bezusterkowego odbioru”.

5. Realizacja działań przedsięwzięcia (dostawa urządzeń) musi być zgodna z celem - na podstawie certyfikatów oraz odpowiednich klas energetycznych poświadczających energooszczędność sprzętu medycznego i wyrobów medycznych (jeśli dotyczy).

6. Wykonawca po dokonanej dostawie urządzenia sporządza:

- a) Raport na podstawie certyfikatów oraz odpowiednich klas energetycznych poświadczających energooszczędność sprzętu medycznego i wyrobów medycznych w zakresie celów: łagodzenie zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich, zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola, ochrona i



odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów (w zakresie w jakim dotyczy – w sytuacji gdy nie dotyczy w raporcie należy wpisać: nie dotyczy, brak wpływu).

- b) Raport na podstawie kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling (w zakresie w jakim dotyczy – w sytuacji gdy nie dotyczy w raporcie należy wpisać: nie dotyczy, brak wpływu).

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie **do 28 dni od daty zawarcia umowy (parametr punktowany)**.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA, PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ PRZEDMIOTOWE DOKUMENTY (DLA POTWIERDZENIA ZGODNOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w Postępowaniu:
- a) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była:

- dostawa sprzętu medycznego w zakresie aparatu ultrasonograficznego lub o podobnym rodzaju zamówienia.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wykaz dostaw według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania.

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika;
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.1 do niniejszego Zapytania.



3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) numer 833/2014 dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanek wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4.2 do niniejszego Zapytania.

4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Załączniku nr 3.1 do zapytania ofertowego Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące dokumenty:
- **Karta katalogowa lub inny dokument np. ulotka, specyfikacja potwierdzająca parametry oferowanych urządzeń;**
 - **Dokumenty dotyczące urządzenia (jeśli dotyczy):**
 - 1) w przypadku wyrobów medycznych klasy I, wprowadzonych do obrotu przed 26 maja 2021 r:
 - a) deklarację zgodności EC(WE) oraz
 - b) oświadczenie, że oferowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed 26 maja 2021 r.;
 - 2) w przypadku wyrobów medycznych korzystających z okresów przejściowych zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE 2017/745:
 - a) deklarację zgodności EC(WE) oraz
 - b) oświadczenie, że wyrób jest objęty okresem przejściowym, o którym mowa w wyżej wymienionym przepisie,
 - c) certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG lub dyrektywy 90/385/EWG,
 - 3) w przypadku wyrobów medycznych nieobjętych punktami 1) lub 2) powyżej:
 - a) deklarację zgodności poświadczającą zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami rozporządzenia 2017/745 oraz
 - b) w przypadku wyrobów klasy innej niż klasa I: certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2017/745.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT



1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Opis kryterium oceny	Waga kryterium
Cena	40 %
Funkcjonalność	40 %
Okres gwarancji	10 %
Termin dostawy	10 %

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM

- a) Wartość punktowa (kryterium) Cena 40% jest wyliczona według wzoru:

$$C = \text{Wartość punktowa kryterium} = \frac{\text{cena najniższa spośród oferowanych}}{\text{cena z oferty badanej}} \times \text{waga kryterium} \times 100$$

- b) Wartość punktowa (kryterium) Funkcjonalność 40%:

	Parametry	Punktacja
1.	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop), min. 1 000 klatek	4 pkt – pow. 2.000 klatek 2 pkt - pow. 1000 klatek
2.	Funkcje postprocessingu na obrazach z archiwum systemu, minimum: 2D – (pętla/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne) -Wzmocnienie -Dynamika -Mapy szarości Doppler kolorowy CFM (pętla/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) • Wzmocnienie • Linia bazowa • Symultaniczna prezentacja B+B/CFM • Odwracanie kierunku przepływu PW-Mode (pętla/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Szybkość obrazowania (skala czasu) CW-Mode (pętla/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) • Wzmocnienie • Korekcja kąta	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt

3.	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę liniową szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy ilość elementów piezoelektrycznych min. 250 , częstotliwość min. 5-20 MHz	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt
4.	Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną, microconvex do badań pediatrycznych i neonatalnych ze zmianą częstotliwości pracy. Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 10,0 MHz ; Ilość elementów piezoelektrycznych min. 110°	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt
5.	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną do badań przezprzetykowych kąt obrazowania min. 90° częstotliwość min. 3,1 – 9,2 MHz	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt
6.	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę liniową matrycową ilość elementów piezoelektrycznych min. 1000 , pole obrazowania min. 45 mm, częstotliwość min. 5-15 MHz	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt
7.	Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej prawej komory serca oraz obliczania parametru Global Strain., Free Wall Strain oraz TAPSE	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt
8.	Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości lewego przedsionka serca w oparciu o projekcje 2D 4CH (4 jamy w osi długiej) oraz 2D 2CH (2 jamy w osi długiej) oraz obliczania parametrów Reservoir Strain, Conduit Strain, Contraction Strain. oraz Emptying Fraction	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt
9.	Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny krzywoliniowy prowadzony swobodną linią przez badającego	TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt

liczba punktów (zgodnie z tabelą jak wyżej)
uzyskanych w badanej ofercie

$$F = \frac{\text{liczba punktów (zgodnie z tabelą jak wyżej)}}{\text{najwyższa liczba punktów (zgodnie z tabelą jak wyżej) możliwych do uzyskania (40)}} \times \text{waga kryterium} \times 100$$

c) Wartość punktowa (kryterium) Okres gwarancji 10%:

Sposób oceny oferty: liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji” ustalana jest na podstawie załącznika 1 do oferty „Formularz ofertowy” – wg informacji wykonawcy zawartej w niżej wymienionej pozycji zgodnie z punktacją wskazaną w ostatniej kolumnie:

Nazwa	Wymogi	Punktacja
Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia min. 24 miesiące.	TAK, podać jedną z wartości: - 24 miesiące - 36 miesięcy - 48 miesięcy parametr punktowany	24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt

Punktacja w tym kryterium dla danej oferty obliczona będzie następująco:



$$G = \frac{\text{liczba punktów otrzymana przez daną ofertę zgodnie z powyższą tabelą}}{\text{maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania (10)}} \times 10 \% \times 100$$

d) Wartość punktowa (kryterium) Termin dostawy 10%:

Opis sposobu oceny ofert według kryterium „**Termin dostawy**” zgodnie z punktacją podstawiając do wzoru matematycznego:

do 7 dni od daty zawarcia umowy - 10 pkt,
do 14 dni od daty zawarcia umowy - 5 pkt,
pow. 14 dni do 28 od daty zawarcia umowy - 0 pkt

$$D = \frac{\text{liczba uzyskanych punktów badanej oferty}}{\text{maksymalna liczba punktów do uzyskania (10)}} \times 10 \% \times 100$$

**Liczba punktów przyznana danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach:
„C” + „F” + „G” + „D”**

2. Liczba punktów zostanie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra zostanie zaokrąglona w górę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu i który otrzyma największą liczbę punktów w powyższych kryteriach.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w pełnym zakresie.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
3. Do obliczenia ceny oferty brutto (z VAT), Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług, zgodną z obowiązującymi przepisami.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.



VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

- a. Wypełniony i podpisany **Formularz oferty** stanowiący **załącznik nr 1** do Zapytania;
- b. Wypełniony i podpisany **Formularz asortymentowo-cenowy** stanowiący **załącznik nr 2** do Zapytania;
- c. Wypełniony i podpisany **załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna** do Zapytania;
- d. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 - wykazu dostaw z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania
- e. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
 - **Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym** (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 do Zapytania);
 - **Oświadczenie Wykonawcy** o niepodleganiu wykluczeniu (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4.2 do Zapytania);
 - **Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające że dostawy** w zakresie projektu będą realizowane zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz, że po dokonanej dostawie urządzenia sporządzi:
 - a) Raport na podstawie certyfikatów oraz odpowiednich klas energetycznych poświadczających energooszczędność sprzętu medycznego i wyrobów medycznych w zakresie celów: łagodzenie zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich, zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów (w zakresie w jakim dotyczy).
 - b) Raport na podstawie kart przekazania odpadów, kart ewidencji odpadów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling (w zakresie w jakim dotyczy).
- f. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego:
 - dokumenty, o których mowa w pkt 4 rozdziału IV Zapytania;
- g. Stosowne pełnomocnictwo/a do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o zamówienie (jeśli dotyczy).

Dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa wymagane w Postępowaniu należy sporządzić i przekazać z uwzględnieniem zasad i wytycznych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (DZ. U. 2020 r., poz. 2452).

Ofertę w tym oświadczenia, które wykonawca **składa zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego**, sporządza się, **pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej**.



Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się **wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**, pliki należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
- podpisem zaufanym, lub
- podpisem osobistym.

2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się treścią Zapytania i przygotować ofertę zgodnie z jego wymogami. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
3. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie w sposób czytelny. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zapytania.
4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy **dołączyć pełnomocnictwo wystawione** przez osoby do tego upoważnione.
7. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentacji Wykonawcy i dołączone do oferty, z zastrzeżeniem, że w przypadku konsorcjów oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania musi być podpisane przez każdego członka konsorcjum oddzielnie.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
 - a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
 - b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
 - c) Zamawiający może żądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
 - d) Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty muszą być złożone



według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Dokumenty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA OFERTY" lub „WYCOFANIE OFERTY”.

IX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć drogą mailową pod adresem: e-mail: sysadmin@euromedic.com.pl w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 20.05.2025 r. do godziny 10.00.**
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta winna być opatrzona hasłem, które wykonawca przesyła drugim e-mailem po godzinie terminu składania ofert tj. nie wcześniej niż o godz. 10:00 w dniu 20.05.2025 r. jednak nie później niż do godz. 10:30.
4. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **20.05.2025 r. o godz. 10:30**, w siedzibie Zamawiającego tj. Katowice, ul. Kossak -Szczuckiej 41, poprzez otwarcie ofert złożonych drogą mailową.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.
8. Komunikacja w Postępowaniu, w tym składanie ofert, zapytania do postępowania, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, **wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail:** remedium@data.pl
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

X. CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU

1. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania — z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2. Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania — z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w rozdziale X ust. 5.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:



- 1) oczywistych omyłek pisarskich;
- 2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zapytania ofertowego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, z zastrzeżeniem, że poprawienie takiej omyłki będzie skuteczne, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki wyrazi zgodę na jej poprawienie.

O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Przy dokonywaniu poprawek Zamawiający będzie kierował się wykładnią pojęcia omyłki obowiązującą przy poprawianiu omyłek w rozumieniu art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym to odwołanie do ustawy Pzp nie oznacza, że przepisy tej ustawy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu — odwołanie to ma na celu wyłącznie zapewnienie jednolitych i przejrzystych zasad poprawiania omyłek.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania;
 - 2) została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
 - 4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez zamawiającego;
 - 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale X ust. 5 pkt 3;
 - 6) zawierać będzie omyłki, których nie można poprawić w myśl postanowień rozdziału X ust. 5;
 - 7) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami Zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
10. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 - 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - 4) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą, skutkującą ryzykiem uznania części lub całości wydatków poniesionych w wyniku zawarcia umowy z Wykonawcą za niekwalifikowalne w rozumieniu wytycznych Instytucji Zarządzającej.
 - 5) Środki, które Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.



XI. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: remedium@data.pl, przy czym wyjaśnienia Zamawiający publikuje na stronie internetowej Zamawiającego <https://remedium-katowice.pl> (zakładka przetargi).
2. W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w Zapytaniu i jego załącznikach do upływu połowy terminu przewidzianego na składanie ofert. Wnioski, które wpłyną do Zamawiającego po tym terminie mogą pozostać bez rozpatrzenia.
4. Treść zapytań (bez ujawniania źródła) i udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu.
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Marzena Krawiec, Dyrektor Operacyjny, tel.: 502-254-724,
e-mail: remedium@data.pl

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty o:
 - a) Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę wybranego Wykonawcy jego siedzibę oraz cenę zamówienia;
 - b) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni;
 - c) Wykonawcach których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
 - d) unieważnieniu postępowania.
3. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej (wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 5).
4. **Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania**
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku:
 - a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto cena netto pozostanie bez zmian;
 - b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający, wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Praktyka Lekarzy Rodzinnych Remedium Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-578 Katowice, ul. Kossak-Szczuckiej 41.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, można się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: remedium@data.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy na Zakup aparatu USG w zakresie Projektu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 27 marca 2024 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Priorytet FENX.06 Zdrowie

Numer i nazwa Działania: FENX.06.01 System ochrony zdrowia

Numer projektu: FENX.06.01-IP.03-0001/23,

przez Praktyka Lekarzy Rodzinnych Remedium Sp. z o.o., której będzie Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora), w przypadku reprezentantów stron umowy i osób wyznaczonych do kontaktów oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez Administratora danych,

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

- 1) okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego,
- 2) cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego – w przypadku udzielenia Pani/Panu

6. W przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne i wykonania umowy,

7. W przypadku udzielenia Pani/Panu zamówienia podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne i wykonania umowy,

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pani/Pan:

- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku przetargu oraz nie może naruszać integralności umowy oraz jej załączników,
- 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia przetargu,
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

11. Dodatkowo Zamawiający może również udostępniać dane innym podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz organom Unii Europejskiej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z wdrażaniem programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, określonych w przepisach prawa lub w Umowie.
- Wypełniając powyższe postanowienie oraz warunki zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym (Grantobiorcą) a Narodowym Funduszem Zdrowia (Grantodawcą), w której Grantodawca nakazuje, aby Grantobiorcy wykonywali obowiązek informacyjny w imieniu Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Grantodawcy wobec osób, których dane będą pozyskiwać w ramach i w celu realizacji Przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, załącznikiem nr 3.1 i 3.2 do umowy stanowiącej załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego będzie Klauzula informacyjna odrębnego Administratora danych.
12. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – przedmiotem zamówienia jest jeden aparat.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. W sprawach nieuregulowanych w treści Zapytania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Integralną częścią zapytania ofertowego są następujące załączniki:
 - 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
 - 2) załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo– cenowy,
 - 3) załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna,
 - 4) załącznik nr 4.1 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
 - 5) załącznik nr 4.2 – Oświadczenie wykonawcy w związku z agresją na Ukrainę,
 - 6) załącznik nr 5 – Wzór umowy,
 - 7) załącznik nr 6 – Wykaz dostaw.

ZATWIERDZA

Marzena Krawiec
Dyrektor Operacyjny
Pełnomocnik Zarządu